

## 附件 2

## 辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

## 建设工程质量检测机构资质审批 行政审批事项

受理单编号: 2021010015

申请技术审查时间: 2021 年 5 月 18 日

技术审查项目名称	辽宁华建商品砼有限公司预拌混凝土检测资质设立
申请人	刘岩
技术审查部门	辽宁省住房和城乡建设厅科技处
审查时限	自受理申请之日起 <u>20</u> 个工作日内提出审查意见。
技术审查意见	<p>经审查, 该单位提交的资质申报材料存在以下问题:</p> <p>一、人员</p> <p>1、提交的技术人员尹翠、许攀的毕业证在学信网学历查询不到, 真实性存疑。</p> <p>二、设备</p> <p>1、部分设备(烧杯、量筒等)计量方式采用校准, 但未进行结果确认。</p> <p>2、箱式电阻炉量程为 0-1000℃, 粉煤灰烧失量试验所需最高温度 950℃, 达不到试验有效量程需在设备量程 20%-80%之间要求。</p>
备注	技术审查部门履行技术审查程序以后, 须明确具体专业内容的审查意见, 不同意的应注明原因, 并将此单返回行政审批处; 此单一式两份, 技术审查部门和行政审批处各留存一份。
专家签字	